



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

В. Н. Крутиков

(подпись)

» _____ 20__ г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510953

от « 18 » ИЮН 2010 20__ г.

Всего 3 листов

Лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Экологическая Фирма «ЭкОН» (ООО «НПЭФ «ЭкОН»)
115598, г.Москва, ул.Загорьевская, д.10, корп.4

Раздел 1 Объекты государственного мониторинга окружающей среды, экологического (производственного) контроля, производственного контроля за соблюдением санитарных правил, контроля состава и свойств веществ, материалов

Наименование объекта аналитических работ	Определяемый показатель	Диапазон определений	Обозначение (наименование) НД на МВИ
1	2	3	4
1 Атмосферный воздух населенных пунктов	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³	МУК 4.1.1468-03
2 Вода природная поверхностная	Ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³	РД 52.18.636-2002
		(0,01-10) мкг/дм ³	МУК 4.1.1469-03
		(0,01-5,00) мкг/дм ³	РД 52.24.479-08
3 Почва	Ртуть	(0,02-2,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1.1-96
		(0,02-20) мг/кг	МУК 4.1.1471-03

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510953

от «___» _____ 20__ г.

Всего 3 листов
Лист 2

1	2	3	4
4 Вода очищенная сточная, сточная	Ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³ (0,01-10) мкг/дм ³ (0,01-5,00) мкг/дм ³	РД 52.18.636-2002 МУК 4.1.1469-03 РД 52.24.479-08
5 Вода питьевая централизованного хозяй- ственно-питьевого водоснабжения	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³ (0,01-10) мкг/дм ³	ГОСТ Р 51212-98 МУК 4.1.1469-03
6 Твердые отходы Коды по ФККО 910000000000, 911000000000, 912000000000	Ртуть	(0,02-20,0) мг/кг (0,000002-0,001)% массовой доли	МУК 4.1.1471-03 ГОСТ Р 51768-2001
7 Биоматериалы животного и растительного происхождения	Ртуть	(0,001-10,0) мг/кг	МУК 4.1.1472-03
8 Волосы	Ртуть	(0,0025-25,0) мкг/г	МУК 4.1.1470-03
9 Моча	Ртуть	(0,25-100,0) мкг/дм ³	МУК 4.1.1470-03

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510953

от «___» _____ 20__ г.

Всего 3 листов
Лист 3

Раздел 2 Факторы производственной (рабочей) среды, жилых и общественных зданий, селитебных территорий

Наименование объекта аналитических работ	Определяемый показатель	Диапазон определенных	Обозначение документа, устанавливающего требования к контролируемому фактору	Обозначение (наименование) НД на МВИ
10 Воздух помещений бытового назначения жилых помещений, школьных, дошкольных и медицинских учреждений	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³	МР № 4545-87 ГН 2.1.6.1338-03	МУК 4.1.1468-03
11 Воздух рабочей зоны	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03	МУК 4.1.1468-03

Представитель организации-заявителя
ООО «НПЭФ «ЭкОН»

Руководитель Экспертной организации
ГУ «НПО «Тайфун»



А.С.Гладков

В.М.Шершаков